

Test nosečnosti

Za zelo zgodnje testiranje

- Več kot 99-% natančen od dne pričakovane menstruacije.
- Pred opravljanjem testa natančno preberite ta navodila za uporabo.

1 Kdaj opraviti test



- Test opravite do 6 dni pred izostankom menstruacije, kar je 5 dni pred pričakovano menstruacijo.
- Če test opravljate pred pričakovano menstruacijo, uporabite prvi jutranji urin. Drugače ga lahko opravite kadar koli čez dan.
- Pred opravljanjem testa ne pijte preveč tekočine.

2 Opravite test



CUREK URINA
Testno konico, ki spremeni barvo, morate pod curkom urina držati 5 sekund.

ALI



PRIPRAVLJEN VZOREC URINA
Začnite odštevati od 20 sekund, takoj ko vidite, da konica, ki spremeni barvo, postaja rožnata. Popolnoma potopite samo konico.

- Odstranite zaščitno folijo in sнемite pokrovček. Testno palčico uporabite takoj.

IZBERITE METODO TESTIRANJA

- **POMEMBNO:** Konica, ki spremeni barvo, se takoj obarva rožnato, kar označuje, da je začela vpijati urin.

A Testno konico, ki spremeni barvo, držite pod curkom urina polnih 5 sekund.

ALI

B Popolnoma potopite samo konico v vzorec urina, ki ste ga zbrali v čisto suho posodico, za polnih 20 sekund.

- Če se testna konica, ki spremeni barvo, ne obarva popolnoma rožnato, preberite 7. vprašanje.
- Ponovno namestite pokrovček in položite testno palčico na ravno podlago.
- Začnite odštevati čas.



POČAKAJTE POLNE 3 MINUTE
Preden preberete rezultat

3 Odčitajte rezultat



- Črta v kontrolnem okencu se lahko začne hitro prikazovati, vendar **MORATE** pred odčitavanjem rezultata počakati 3 minute.
- Če v kontrolnem okencu ne vidite modre črte, test ne deluje (preberite 8. vprašanje).
- Če je vaš rezultat »Ni nosečnosti«, preberite 4. vprašanje.
- Če je vaš rezultat »Nosečnost«, preberite 3. vprašanje.
- Če še vedno niste prepričani v rezultat, preberite 9. vprašanje.

POMEMBNO! Rezultat morate prebrati v **10 minutah** po testiranju. Če se po preteku tega časa rezultat kakor koli spremeni, sprememb ne upoštevajte.

Vprašanja in odgovori

1 Kako deluje Clearblue?

Telo med nosečnostjo proizvaja nosečnosti hormon hCG (humani horionski gonadotropin). Ta test lahko zazna zelo majhne količine hCG v urinu (občutljivost testa je 10 mIE/ml).

2 Kdaj lahko opravi test nosečnosti Clearblue za zelo zgodnje testiranje?

Testirajte lahko do 6 dni pred izostankom menstruacije, kar je 5 dni pred pričakovano menstruacijo. Če testirate pred pričakovano menstruacijo in dobite rezultat »Ni nosečnosti«, kljub temu obstaja možnost, da ste noseči. Glejte spodnjo preglednico rezultatov pri laboratorijskem testiranju z vzorci zgodnje nosečnosti.

Zgodnje testiranje

Število dni pred pričakovano menstruacijo	0	1	2	3	4	5
% vzorcev nosečnic, pri katerih je bil rezultat »Nosečnost«	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

3 Test je pokazal, da sem noseča. Kaj naj naredim?

Obiščite svojega zdravnika, ki vam bo svetoval o nadaljnjih ukrepih.

4 Test prvi, da nisem noseča, vendar vseeno mislim, da sem. Kaj naj naredim?

Morda niste noseči, morda raven nosečnostnega hormona hCG še ni dovolj visok, da bi ga test lahko zaznal, ali pa ste narobe izračunali dan pričakovane menstruacije. Če ste test opravili zgodaj, ga ponovite ob pričakovani menstruaciji. Če vaša menstruacija že zamuja, ponovite test čez 3 dni. Če je rezultat »Ni nosečnosti« in še vedno niste dobili menstruacije, se posvetujte z zdravnikom.

5 Opravila sem test in dobila rezultat »Nosečnost«; po vnovičnem testiranju je bil rezultat »Ni nosečnosti« ali pa sem dobila menstruacijo. Kaj to pomeni?

Cepnav je test več kot 99-% natančen pri zaznavanju nosečnostnega hormona od dne pričakovane menstruacije, je mogoče, da dobite rezultat »Nosečnost«, pozneje pa ugotovite, da niste noseči (npr. pozneje lahko dobite rezultat »Ni nosečnosti« ali pa nastopi menstruacija). To je lahko posledica naravne izgube plodu v zgodnji nosečnosti, ki se imenuje »zgodnji spontani splav« in je žal dokaj pogosta, saj se ena od štirih nosečnosti konča že na zgodnji stopnji. Če dobite nepričakovan rezultat, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.

6 Ali lahko jemanje zdravil ali zdravstveno stanje vpliva na rezultat testa?

Pred testiranjem vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo vseh zdravil, ki jih jemljete.

Zdravila, ki vsebujejo hCG, lahko vplivajo na rezultat. Zunajmaternična nosečnost ali nedavna nosečnost, tudi če se konča pred porodom, lahko pripelje do zavajajočega rezultata. Če ste v menopavzi ali se ji približujete, lahko dobite lažen rezultat nosečnosti, čeprav niste noseči. Hormonsko zdravljenje s klomifenjevim citratom, zdravila za lajšanje bolečin, alkohol, antibiotiki ali kontracepcijske tablete ne bi smeli vplivati na rezultat testa. Če dobite nepričakovan rezultat, se posvetujte s svojim zdravnikom.

7 Ob uporabi testa se konica, ki spremeni barvo, ni obarvala popolnoma rožnato. Kaj naj naredim?

Morda niste uporabili dovolj urina. Vendar je test deloval, če se je v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu prikazala modra črta. Če se v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu ne prikaže modra črta, preberite 8. vprašanje.

8 Opravila sem test, vendar se v kontrolnem okencu ni prikazala modra črta. Kaj naj naredim?

Če je od testiranja preteklo več kot 10 minut, test ni deloval. Razlogi so lahko naslednji:

- Potem ko ste testno palčico pomohli v urin, niste držali konice, ki spremeni barvo, obrnjene navzdol ali pa palčice niste položili na ravno podlago.
- Uporabili ste preveč ali premalo urina.

9 Kaj naj naredim, če nisem prepričana v rezultat?

Poglejte slike v razdelku »Odčitajte rezultat«.

Slika A: Vaš rezultat je »Ni nosečnosti«. Če kljub temu mislite, da ste noseči, preberite 4. vprašanje.

Slike od B do D: Vaš rezultat je »Nosečnost«. Videte črte v okencu z rezultatom je lahko različen, vendar je rezultat »Nosečnost« ne glede na to, kako temna ali svetla je črta.

Slika B: To je verjetneje, če test opravite pred pričakovano menstruacijo, ko so ravni hCG še sorazmerno nizke.

Slika C: To se značilno zgodi, če testirate na dan ali blizu dneva pričakovane menstruacije.

Slika D: To je verjetneje, če test opravite več kot nekaj dni po pričakovani menstruaciji, ker so ravni hCG višje.

Če še vedno dvomite o rezultatu, počakajte najmanj 3 dni in ponovno opravite test ob natančnem upoštevanju navodila za uporabo.

www.clearblue.com

Če potrebujete informacije o izdelku, se obrnite na službo za podporo strankam na spodnjem naslovu:

Če vas zanimajo naslednji koraki, informacije in splošni nasveti v zvezi z nosečnostjo, obiščite naše spletno mesto: www.clearblue.com

Za samotestiranje doma. Samo za diagnostično uporabo *in vitro*. Ni za notranjo uporabo.

Ne uporabite ponovno. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri temperaturi 2-30 °C.

Če je bil test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se ogreje na sobno temperaturo. Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija poškodovana.

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.

Pripomočka ne razstavlajte. Vsebuje majhne dele. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela tega pripomočka. Ob nenamernem zaužitju poiščite zdravniško pomoč.

	Proizvajalec		Samo za enkratno uporabo
	Številka serije		Medicinski pripomoček za diagnostiko <i>in vitro</i>
	Rok uporabnosti		Temperaturna omejitev 2-30 °C

CE
0123



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švica.
Clearblue je blagovna znamka SPD. © 2020 SPD. Vse pravice pridržane.

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25,
HR-10000 Zagreb, Hrvatska.